

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## RENTGENOLOGINIŲ VAIZDŲ SKAITMENIZAVIMO ĮRANGA

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pažymint siūlomą parametą)
1.	<b>Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius</b>	1 vnt.	
1.1	Automatinė rentgeno spindulių detekcija	Būtina	
1.2	Gautų vaizdų perdavimas belaidžiu ir laidiniu būdu	Būtina	
1.3	Pikslio dydis	$\leq 140 \mu\text{m}$	
1.4	Raiška	$\geq 2500 \times 3000$	
1.5	Detektoriaus jautrios zonos dydis	$\geq 350 \text{ mm} \times 430 \text{ mm}$	
1.6	Detektoriaus svoris	$\leq 3,0 \text{ kg}$	
1.7	Komplektuojamas su baterija	Būtina	
1.8	Detektoriaus baterijų įkroviklis	Būtina	
1.9	Suderinamumas su šiuo metu naudojama detektoriaus valdymo (rentgeno technologo) darbo vieta Econsole 1	Būtina	
2.	<b>Kiti reikalavimai</b>		
2.1	Garantinio periodo trukmė	$\geq 12$ mėnesių	