

## VAIZDO SISTEMA KOLONOSKOPIJAI IR GASTROSKOPIJAI

## TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė	Siūloma
<b>1.</b>	<b>VAIZDO PROCESORIUS</b>		
1.1	Aukštos raiškos HDTV vaizdo procesorius	Turi tikti be papildomų adapterių prie įstaigoje esančių <b>vaizdo gastroskopo EG-290Kp ir vaizdo kolonoskopo EC-3890LK</b>	
1.2	Virtualios chromoendoskopijos valdymo mygtukai vaizdo centro valdymo panelėje	≥ 3	
1.3	Signalų išvestys	RGB, Y/C, DVI-D, VGA	
1.4	Klaviatūra duomenims įvesti	Būtina	
<b>2.</b>	<b>ŠVIOSOS ŠALTINIS</b>		
2.1	Tyrimų lempa	≥ 300W, ksenoninė	
2.2	Konstruktinis išpildymas	Vaizdo centras ir šviesos šaltinis sumontuoti viename korpuse	
<b>3.</b>	<b>MEDICININIS LCD MONITORIUS</b>		
3.1	Ekranas įstrižainė	Ne mažiau 27 colių	
3.2	Skiriamoji geba	Ne mažiau 1920 x 1080 taškų	
3.3	Įėjimo jungtis	Composite Y/C RGB Component DVI-D	
3.4	Monitoriaus laikiklis	Būtinai	
<b>4.</b>	<b>VEŽIMĖLIS ĮRANGAI</b>		
4.1	Trys reguliuojamo aukščio lentynos	Būtina	
4.2	Laikiklis vaizdo endoskopui	Būtinai	
<b>5.</b>	<b>ATSIURBĖJAS</b>	<b>1 kompl.</b>	
5.1	Maksimalus vakuumas	Ne mažiau 90 kPa	
5.2	Maksimalus srautas	Ne mažiau 40 litrų /min	
5.3	Triukšmo lygis	Ne daugiau 39,4 dB	
5.4	Apsauga nuo perpylimo	Triguba	
5.5	Surinkimo indas, 2 vnt.	Polisulfoniniai, ne mažiau 2 litrų talpos	
5.6	Darbo režimas	Darbo laikas neribojamas	
5.7	Surinkimo indo tvirtinimas	Būtinai	
<b>6.</b>	<b>Garantinis laikotarpis</b>	Ne mažiau 24 mėnesių	
<b>7.</b>	<b>Sertifikatai</b>	CE atitikties deklaracija	